


Pytania od Zapytania Nr 1/2023 na zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach
Hospicjum Miłosierdzia Bożego

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka ze szczytami oraz poręczami bocznymi, wykonanymi z tworzywa- polipropylenu?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, które posiadają indywidualną blokadę kół?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania jedynie łóżka, których szczyty wykonane są z tworzywa ABS, natomiast poręcze winny być wykonane z metalu lub tworzywa ABS.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka, które posiadają indywidualną blokadę kół.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach
Hospicjum Miłosierdzia Bożego
D Y R E K T O R

Bożena Niemcezyńowicz